



PT. SARASWANTI INDO GENETECH

The First Indonesian Molecular Biotechnology Company

GRAHA SIG Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor 16113, INDONESIA.
Phone: +62-251-7532348 (hunting) - 082 111 516 516. Fax: +62-251-7540 927. <http://www.siglaboratory.com>

No. 28.1/F-PP/SMM-SIG
Revisi 3

RESULT OF ANALYSIS

Laporan Hasil Pengujian

No: SIG.LHP.VII.2016.38212

- I. Number / Nomor
1.1. Order No. / No. Order : SIG.Mark.OTK.VI.2016.000730
- II. Principal / Pelanggan
2.1. Name / Nama : PT. Jayamas Medica Industri
2.2. Address / Alamat : Sebelah Selatan Jl By pass Km. 28
Sidomojo, Krian, Sidoarjo
2.3. Phone / Telepon : 62 – 31 – 8982349
2.4. Contact Person / Personil Penghubung : Ari Halimatus
- III. Sample / Contoh Uji
3.1. Sample Code / Kode Sample : -
3.2. Batch number / No Batch : -
3.3. Lot number / No Lot : -
3.4. Packaging / Kemasan : -
3.5. Production Date / Tanggal Produksi : -
3.6. Expire Date / Tanggal Kadaluausa : -
3.7. Factory Name / Nama Pabrik : PT. Jayamas Medica Industri
3.8. Factory Address / Alamat Pabrik : Sebelah Selatan Jl By pass Km. 28
Sidomojo, Krian, Sidoarjo
3.9. Trade Mark / Nama Dagang : -
3.10. Sample Name / Nama Sample : Alcohol Swabs
3.11. Other Information / Keterangan Lain : -
3.12. Date of Acceptance / Tanggal Terima : June 20, 2016
3.13. Date of Analysis / Tanggal Uji : June 21, 2016 – July 11, 2016
3.14. Type of Analysis / Jenis Uji : Terlampir
- IV. Result / Hasil Uji :

Result of analysis on page 2 / Hasil uji di halaman 2



PT. SARASWANTI INDO GENETECH

The First Indonesian Molecular Biotechnology Company

GRAHA SIG Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor 16113, INDONESIA.
Phone: +62-251-7532348 (hunting) - 082 111 516 516. Fax: +62-251-7540 927. <http://www.siglaboratory.com>

No. 28.1/F-PP/SMM-SIG
Revisi 3

Result of Analysis

No: SIG.LHP.VII.2016.38212

No.	Parameter	Unit	Result	Limit of Detection	Method
1.	Swab Test :				
	Escherichia coli (sebelum swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 4 tahun 2002
	Escherichia coli (setelah swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 4 tahun 2002
	Salmonella sp. (sebelum swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 5 Tahun 2007
	Salmonella sp. (setelah swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 5 Tahun 2007
	Staphylococcus aureus (sebelum swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 12 Tahun 2001
	Staphylococcus aureus (setelah swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 12 Tahun 2001
	Bacillus cereus (sebelum swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 14 Tahun 2012
	Bacillus cereus (setelah swabing)	/ 100 cm ²	Negative	-	FDA BAM Chapter 14 Tahun 2012
	Kapang (sebelum swabing)	cfu / 100 cm ²	0	-	FDA BAM Chapter 18 Tahun 2001
	Kapang (setelah swabing)	cfu / 100 cm ²	0	-	FDA BAM Chapter 18 Tahun 2001

Bogor, July 12, 2016
PT Saraswanti Indo Genetech



Dwi Vilianto Laksono, S.Si
Manager Laboratorium